Digital Outside Micrometer (IP65)



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE

über die Eintragung des

Gebrauchsmusters

Nr. 202 18 796.9

IPC: G01B 3/18

Bezeichnung:
Mikrometer

Gebrauchsmusterinhaber:
Tzeng, Lee-Ching, Kaohsiung, TW

Tag der Anmeldung: 04.12.2002

Tag der Eintragung: 10.04.2003

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

Dr. Schade

Model No.	Measuring Range	Accuracy
EM-9001SF	0-25mm / 0-1"	±3um
EM-9002SF	25-50mm / 1"-2"	±3um
EM-9003SF	50-75mm/ 2"-3"	±4um
EM-9004SF	75-100mm / 3"-4"	±4um

Optional accessories:

Data output cable(DO-B+C01)、Bluetooth wireless data transmitter(DO-W2-RS1)

- Above 25mm models include one setting standard bar
- All models include warranty card, manual, and JCC calibration certificate